



Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické výkonnosti (SSCP)

Část I: pro zdravotnické pracovníky

(Část II: určeno pro pacienty nebo laické osoby – podmínky uvedené níže)

Tento Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické výkonnosti (neboli SSCP, z anglického originálu „Summary of Safety and Clinical Performance“) je určen k tomu, aby poskytl veřejnosti přístup k aktualizovanému souhrnu hlavních aspektů týkajících se bezpečnosti a klinické výkonnosti zdravotnického prostředku Suprathel®.

SSCP nemá nahradit návod k použití jako hlavní dokument pro zajištění bezpečného používání prostředku, ani nemá poskytovat diagnostické nebo terapeutické návrhy příslušným uživatelům nebo pacientům.

Následující informace jsou určeny zdravotnickým pracovníkům.

1. Identifikace prostředku a obecné informace

1.1 Obchodní názvy zdravotnického prostředku	Suprathel®, Suprathel® 250
1.2 Název a adresa výrobce	PolyMedics Innovations GmbH (PMI) Am Hegelesberg 1 73230 Kirchheim unter Teck, Německo
1.3 Jednotné registrační číslo výrobce (SRN)	DE-MF-000006353
1.4 Základní UDI	426018402AAA0000001PQ
1.5 Popis/text nomenklatury zdravotnického prostředku	GMDN 64853: Syntetický matrixový obvaz na rány
1.6 Třída prostředku	III <i>(podle směrnice o zdravotnických prostředcích (MDR) (EU) 2017/745, příloha VIII, pravidlo 8)</i>
1.7 Rok, kdy byl zdravotnickému prostředku vydán první certifikát (CE)	2004
1.8 Případný autorizovaný zástupce	–
1.9 Název oznámeného subjektu a jednotné identifikační číslo oznámeného subjektu	DEKRA, 0124
1.10 Identifikátor SSCP	SSCP-Suprathel

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

SUPRATHEL® varianta 1

 Základní identifikátor UDI-DI:
 426018402AAA0000001PQ

Název výrobku	Velikost (cm)	Prodejní jednotka	Úroveň balení	UDI -DI (identifikátor prostředku)		UDI -PI (identifikátor výrobku)			
				GS1	GTIN	Doba použitelnosti AI	Doba použitelnosti	AI LOT	LOT
SUPRATHEL®	5 x 5	1	vnitřní	(01)	04260184020003	(17)	RRMMD D	(10)	P-YYYY-NN- ZZ K-YYYY-NNN- ZZ
			vnější		04260184020010				
		5	vnitřní		04260184020003				
			vnější		04260184020027				
	9 x 10	1	vnitřní		04260184020034				
			vnější		04260184020041				
		5	vnitřní		04260184020034				
			vnější		04260184020058				
	18 x 10	1	vnitřní		04260184020065				
			vnější		04260184020072				
		5	vnitřní		04260184020065				
			vnější		04260184020089				
	18 x 23	1	vnitřní		04260184020096				
			vnější		04260184020102				
		5	vnitřní		04260184020096				
			vnější		04260184020119				
tvar ruky	2	vnitřní	04260184020126						
		vnější	04260184020133						
maska na obličej	1	vnitřní	04260184020140						
		vnější	04260184020157						

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

SUPRATHEL® varianta 2

 Základní identifikátor UDI-DI:
 426018402AAA0000001PQ

Název výrobku	Velikost (cm)	Prodejní jednotka	Úroveň balení	UDI -DI (identifikátor prostředku)		UDI -PI (identifikátor výrobku)			
				GS1	GTIN	Doba použitelnosti AI	Doba použitelnosti	AI LOT	LOT
SUPRATHEL® 250	5 x 5	1	vnitřní	(01)	04260184020164	(17)	RRMMD D	(10)	P-250-YYYYY- NN-ZZ K-250-YYYYY- NNN-ZZ
			vnější		04260184020171				
		5	vnitřní		04260184020164				
			vnější		04260184020188				
	9 x 10	1	vnitřní		04260184020195				
			vnější		04260184020201				
		5	vnitřní		04260184020195				
			vnější		04260184020218				
	18 x 10	1	vnitřní		04260184020225				
			vnější		04260184020232				
		5	vnitřní		04260184020225				
			vnější		04260184020249				
	18 x 23	1	vnitřní		04260184020256				
			vnější		04260184020263				
		5	vnitřní		04260184020256				
			vnější		04260184020270				



2. Zamýšlené použití prostředku

2.1. Zamýšlený účel

- ❖ Suprathel® je vstřebatelná mikroporézní membrána a aloplastická kožní náhrada k léčbě epidermálních a dermálních ran.

2.2. Indikace

- ❖ Suprathel® se používá u pacientů s epidermálními a dermálními ranami, jako jsou odřeniny, rozštěpená dárcovská místa kožních štěpů, popáleniny 2. stupně a popáleniny 2. stupně smíšené s popáleninami 3. stupně.
- ❖ Přípravek Suprathel® se používá u pacientů s chronickými ranami, jako jsou žilní a tepenné vředy a diabetické rány.

2.3. Kontraindikace

- ❖ Suprathel® by neměl být používán na infikované nebo silně krvácející rány bez další hemostatické léčby.
- ❖ Suprathel® by neměl být aplikován na chronicky suché rány.

3. Popis prostředku

3.1. Popis prostředku

Charakteristika prostředku Suprathel®:

- kožní náhrada na jedno použití, s jednorázovou aplikací
- vysoce propustná pro kyslík a vodní páru
- skládá se ze tří syntetických a bioresorbovatelných složek: laktidu, trimethyl-karbonátu a kaprolaktonu
- neobsahuje žádné léčivé látky, tkáňové nebo krevní deriváty
- možnost aplikace na ránu z obou stran prostředku
- umožňuje vizuální hodnocení procesu hojení díky své průhlednosti, kterou získá po kontaktu s ránou

Velikosti a tvar prostředku Suprathel®:

- K dispozici ve dvou variantách s různou tloušťkou: 50 – 150 µm a 180 – 320 µm
- pevné obdélníkové listy ve velikostech: 5 x 5 cm, 9 x 10 cm, 18 x 10 cm až 18 x 23 cm, tvar ruky a maska na obličej
- Suprathel může být ze strany uživatele ručně upraven do jiných tvarů a velikostí podle potřeby pro optimální pokrytí postižených oblastí.

3.2. Odkaz na předchozí generaci (generace) nebo varianty, pokud existují, a popis rozdílů

Nevztahuje se

3.3. Popis veškerého příslušenství, které je určeno k použití v kombinaci se zdravotnickým prostředkem

Nevztahuje se



Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

3.4. Popis jakýchkoli dalších prostředků a výrobků, které jsou určeny k použití v kombinaci s tímto zdravotnickým prostředkem

Suprathel® lze použít buď samostatně, nebo v kombinaci s různými běžnými gázovými obvazy s tukovými přísadami nebo bez nich. Kombinace s těmito obvazy může sloužit k dalšímu zajištění membrány a zabránit jejímu posunutí.

4. Rizika a varování

4.1. Zbytková rizika a nežádoucí účinky

Všechny provedené analýzy rizik dospěly k přijatelnému celkovému poměru přínosů a rizik.

Tři rizika uvedená v oblasti „nepřijatelné“ byla analyzována a akceptována, protože příslušné přínosy tato rizika značně převyšují. Všechny tři z nich jsou spojeny s potenciálně závažnými infekcemi, jak je uvedeno v tomto SSCP v části kontraindikace a upozornění a opatření. Pravděpodobnost výskytu je nicméně spojena buď s problémy se sterilitou, které se podle definice mohou s určitou pravděpodobností vyskytnout, nebo s rizikovou situací, která se v celé historii skupiny těchto výrobků trvajících více než 20 let nikdy nevyskytla.

Přijatelná zbytková rizika jsou uživatelům sdělena v návodu k použití. Nižší jsou uvedena odpovídající varování a bezpečnostní opatření vyplývající z přijatých zbytkových rizik.

4.2. Upozornění a preventivní opatření

Nepoužívejte přípravek tam, kde není zaručena sterilita, protože to může vést k závažným infekcím. Obsah je sterilní, pokud není poškozen sterilní obal. V případě poškození obalu není zajištěna sterilita výrobku. Nespotřebovaný obsah otevřených nebo nepoškozených sterilních obalů je třeba zlikvidovat. Nepoužívejte výrobek opakovaně ani jej znovu nesterilizujte. Pokud je výrobek znovu použit, může to vést ke zhoršení jeho užitečných vlastností (snížení propustnosti, elasticity, schopnosti přilnutí i sterility). Takové změny vlastností materiálů mohou narušit léčbu, například být příčinou nedostatečného hojení rány nebo infekce. V případě známých alergií na složky přípravku Suprathel® by se membrána neměla aplikovat. Při výskytu jakýchkoli příznaků alergických reakcí na materiál by měla být membrána Suprathel® okamžitě odstraněna. Membrána by měla být odstraněna také v případě silné bolesti nebo hromadění sekretu v ráně. Pokrytí neporušené kůže může vést k maceraci kůže a je třeba se mu vyhnout.

4.3. Další relevantní aspekty týkající se bezpečnosti, včetně shrnutí případných nápravných opatření v oblasti bezpečnosti (FSCA včetně FSN)

Nevztahuje se

5. Souhrn klinického hodnocení a klinického sledování po uvedení na trh (PMCF)

5.1. Souhrn klinických údajů týkajících se rovnocenného zdravotnického prostředku

Nevztahuje se

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

5.2. Souhrn klinických údajů z provedených zkoušek prostředku před získáním označení CE

Podle MDCG 2019-9	popáleniny 2. stupně a defekt po transplantaci kožního štěpu (SSDS)	chronické rány
Identifikace šetření/studie: Pokud se provádí podle směrnic o zdravotnických prostředcích nebo MDR, uveďte identifikační číslo CIV nebo jednotné identifikační číslo . Dodejte referenční údaje, pokud je zpráva o klinickém hodnocení dostupná v systému Eudamed.	DE/CA37/1540/KP-1 Není k dispozici v systému EUDAMED	DE/CA37/PolyMedics/KP-1 Není k dispozici v systému EUDAMED
Identifikace zdravotnického prostředku včetně čísla modelu/verze	Suprathel®	Suprathel®
Zamýšlené použití prostředku v rámci daného šetření	Ošetření defektů kožních štěpů a popálenin druhého stupně	Lokální léčba bércového vředu
Cíle studie	Cílem studie bylo zjistit, zda je prostředek Suprathel® lepší než zavedené postupy pro ošetření defektů po transplantaci kožních štěpů a popálenin z hlediska řešení bolesti.	Cílem studie bylo měření vlivu přípravku Suprathel® na místo poranění (hlavní cíl), bolestivost rány, zánětlivou aktivitu kůže, povrch rány a sekreci z rány
Návrh studie: randomizovaná kontrolovaná studie, jiná klíčová studie, krátkodobá studie proveditelnosti, jiná; a délka následného sledování	prospektivní, randomizovaná, dvoucentrická klinická studie Marienhospital (Stuttgart) a Chirurgická nemocnice v Berlíně s prof.K.-K. Dittlem jako hlavním řešitelem	prospektivní, multicentrická studie Šest nemocničních oddělení ze čtyř nemocnic do ní zařadilo 22 pacientů délka léčby byla omezena na 24 týdnů
Primární a sekundární koncový bod (body)	koncové body studie: 1. Bolest, 2. Doba hojení, četnost lokálních příhod, kvalita jizvení	koncové body studie: 1. Oblast rány 2. Bolest, zánětlivá aktivita (kůže, povrch rány), sekrece z rány, zjištění vedlejších účinků

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

<p>Kritéria pro zařazení/vyřazení při výběru subjektů</p>	<p>Kritéria pro zařazení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pacienti starší 18 let, kteří jsou schopni dát souhlas a u kterých - je nutné jedno odstranění kůže v tloušťce štěpu nebo více odstranění kůže v tloušťce štěpu za účelem transplantace kůže. Minimální velikost celého místa pro odejmutí štěpu kůže nesmí být menší než 8 x 10 cm. - Alespoň jedna přilehlá oblast nebo dvě odpovídající oblasti vykazují popáleniny 2. stupně na celkové ploše alespoň 1,5 % povrchu těla. <p>Kritéria pro vyloučení: Obecná kritéria pro vyloučení</p> <ul style="list-style-type: none"> - Těhotenství. - Věk do 18 let a nad 80 let. - Popáleniny, které jsou tak závažné, že je nutné zavést umělé dýchání, a proto není možné získat se studií souhlas. - Popáleniny s indexem ABSI vyšším než 10, protože u těchto pacientů je vitální ohrožení tak vysoké, že se provedení studie nejeví jako opodstatněné. <p>Kritéria pro vyloučení vyplývající z anamnézy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Požadavek na dialýzu. - Srdeční selhání podle klasifikace NYHA je 3 nebo vyšší. - Probíhající chemoterapie. - Poruchy srážlivosti krve (hodnota Quick trvale pod 50). <p>Místní kritéria pro vyloučení Popáleniny v těchto místech nebudou do studie zahrnuty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tvář, 	<p>Kritéria pro zařazení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Písemně zdokumentovaný souhlas - Umístění rány distálně od kolenního kloubu - Stáří rány nejméně 3 měsíce - Plocha rány maximálně 25 cm² - (Předpokládaná) dostupnost během šestiměsíčního období účasti ve studii <p>Kritéria pro vyloučení:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osoby mladší 18 let - Těhotenství a nemožnost vyloučení těhotenství - Riziko otěhotnění během zařazení do studie - Zařazení do studie (u žen nesplnění alespoň jednoho z následujících kritérií: Nástup menopauzy před více než 2 lety, sterilizace po menopauze, chirurgická sterilizace, užívání antikoncepce - Užívání antikoncepce během zařazení do studie – s využitím hormonů, nitroděložního tělíska nebo vaginálního pesaru/kondomu + spermicid) 4. - Období kojení - Neschopnost nebo nemožnost udělit souhlas (např. z důvodu demence) - Opatrovnictví (na základě soudního nebo úředního rozhodnutí) nebo (již provedeného nebo zahájeného) jmenování opatrovníka (které již proběhlo nebo bylo zahájeno) - Závažné celkové onemocnění vyžadující intenzivní péči - Celková nehybnost - Zhoubné onemocnění, které je třeba léčit nebo které není léčeno kurativně - Současná imunosupresivní nebo chemoterapeutická léčba - Srdeční selhání podle klasifikace NYHA 3 nebo vyšší a otoky nohou související se srdeční činností - Závažné onemocnění jater s účinky na celý organismus - Zmařená diabetes mellitus (HbA1c >10%) - Apoplexie během posledních 6 měsíců - Závislostní onemocnění postihující vnitřní orgány (výjimka: nadužívání nikotinu)
--	--	--

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

	<ul style="list-style-type: none"> - Krk, - Dlaň ruky, - Genitálie, - Hýždě a - Chodidla. <p>Sekundární kritéria pro vyloučení</p> <ul style="list-style-type: none"> - akutní ohrožení života během léčby, - závažné celkové infekce, - problém s drogami, který nebyl primárně rozpoznán (delirantní stav). 	<ul style="list-style-type: none"> - Přítomnost alespoň 1 vředu většího než 25 cm². - Stav žilních nebo tepenných cév s nutností chirurgického zákroku (avšak možné 3 měsíce po zařazení do studie) - Současná hluboká infekce, zejména při postižení kostí (flegmóna, lymfangiitida, osteomyelitida) - Kruhové vředy (tzv. žilní vředy) - Systémová antibiotická léčba byla zahájena nebo je zahájena v posledních 4 týdnech s pravděpodobností antibiotické léčby v předpokládané době trvání > 7 dní. - Kontraindikace pro Suprathel® (zejména infikované nebo silně krvácející rány). - rána) - Očekávané nedodržování pravidel (včetně získání informací o tom, že pacient užívá drogy) - Současná účast v jiném klinickém hodnocení se stávajícím pojištěním.
Počet zařazených subjektů , včetně případného počtu subjektů v různých léčebných skupinách	dvě skupiny. Do skupiny A (kožní krytí při popáleninách S1: defekty kožních štěpů) bylo zařazeno 22 pacientů a 24 pacientů bylo zařazeno do skupiny B (kožní krytí při popáleninách S2: zakrytí popálenin druhého stupně).	22 pacientů v kohortovém designu s absencí kontrolní skupiny
Studovaná populace: hlavní základní charakteristiky každé studijní skupiny, včetně pohlaví a věku zařazených subjektů	Skupina A: 22 pacientů [18 mužů, 4 ženy; průměrný věk 39,6 let (rozmezí 18-64 let)] Skupina B: 24 pacientů [20 mužů, 4 ženy; průměrný věk 40,5 let (rozmezí 19-64 let)]	Pacientům bylo 73 (±10) let, 73 % z nich byly ženy a všichni trpěli bércovým vředem, který při zařazení do studie přetrvával v průměru 12 (±6) měsíců
Shrnutí metod studie	Bolest v oblasti rány: Vizuální analogová škála (VAS) Doba hojení: Doba do úplné epitelizace. Infekce: Výtěry (v tří denních intervalech)	Průzkum v oblasti rány: Výpočet plochy (délka krát šířka v cm ²) Definice hojení: úplná epitelizace Bolest v oblasti rány: Vizuální analogová škála (VAS):
Shrnutí výsledků: případné klinické přínosy ; případné nežádoucí vedlejší účinky nebo	S ohledem na primární cílové kritérium bylo statisticky významně prokázáno, že v případě defektů po transplantaci kožního štěpu [skupina A; skupina Suprathel®:	Na konci studie, maximálně po 24 týdnech, byl v 73 % případů vřed zcela zhojen, u všech případů, které zůstaly v protokolu, byla velikost rány menší. Průměrná velikost rány se při analýze podle protokolu zmenšila ze 7,5 cm ² (±7,3 mediánu 4,0) na

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

<p>nežádoucí události a jejich četnost v závislosti na čase; veškeré výsledky týkající se dlouhodobých přínosů nebo rizik, například míra přežití implantátů po 5 nebo 10 letech a/nebo kumulativní zkušenosti v patientských letech. Mělo by být poskytnuto prohlášení o procentuální úplnosti následného sledování. Přidejte poznámku, zda studie stále probíhá pro dlouhodobé sledování.</p>	<p>bylo průměrné desetidenní skóre bolesti 0,92; (medián: 1,0; rozmezí 0,2-1,8); skupina Jelonet®: průměrné desetidenní skóre bolesti bylo 2,1 (medián 2,8; rozmezí 0,4-3,0; p=0,0002], Suprathel® snižuje bolest ve srovnání s použitím parafínové gázy, a to i v případě popálenin 2. stupně [skupina B; skupina Suprathel®: průměrné desetidenní skóre bolesti bylo 1,0 (medián: 0,9, rozmezí: 0,2-1,8); skupina Omiderm®: průměrné desetidenní skóre bolesti bylo 1,59 (medián 1,0, rozmezí 0,6-2,5); p=0,0072], dochází ke snížení bolesti ve srovnání s použitím přípravku Omiderm®. Nebylo prokázáno statisticky významné zlepšení z hlediska doby hojení [p= 0,5 (A+B); skupina A: úplná reepitelizace po průměrné době 10,5 dne (medián: 10,5, rozsah: 6-14) ve skupině Suprathel® a po 10,85 dnech (medián: 11, rozmezí 6-14); skupina B: úplná reepitelizace po průměrných 10,2 dnech (medián: 10,0, rozmezí 10-16) ve skupině Suprathel® a po 10,3 dnech (medián: 10,0, rozmezí 6-16) ve skupině Omiderm®].</p>	<p>1,0 cm² (±2,2 mediánu 0,0) (p<0,001). Bolest v ráně měřená pomocí vizuální analogové škály (VAS) se při použití přípravku Suprathel® zlepšila z 2,5 (±2,4, max. 8) na 0,1 (±0,3, max. 1) (p=0,002). Na začátku studie byla zánětlivá aktivita pozorována u 66,7 % ran, na konci studie zůstala pouze u 6,7 % (p=0,004). Ve 100 % případů hodnotil pozorovatel povrch rány jako uspokojivý, a to ve srovnání se 66,7 % na začátku studie (p=0,1). Žádná sekrece nebyla zjištěna u 73,3 % případů ve srovnání s 20,0 % na začátku (p=0,02).</p>
<p>Jakákoli omezení studie, jako je vysoká ztráta sledovaných osob nebo potenciální matoucí faktory, které mohou výsledky zpochybnit.</p>	<p>Nebylo nahlášeno</p>	<p>Nebylo nahlášeno</p>
<p>Jakýkoli nedostatek týkající se prostředku a jakákoli výměna prostředku v souvislosti s bezpečností a/nebo výkonem během studie.</p>	<p></p>	<p></p>

Indikace: malé oblasti třetího stupně

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

Schválení bylo založeno na souboru šesti případových studií uskutečněných v Marienhospital (Stuttgart), které provedl Dr. Uhlig. Zpráva dokládá pozitivní poměr rizika a přínosu pro pacienty, protože: Je spontánní hojení možné i bez transplantace. Rovněž lze cíleně provádět retransplantace s použitím méně kožních štěpů. A jsou zřejmé lepší kosmetické výsledky, protože se lze vyhnout „přesazování“.

5.3. Souhrn klinických údajů z jiných zdrojů (publikovaná literatura)

Nejdůležitější zjištění označená jako klinické přínosy jsou:

- snadné použití
- výrazná úleva od bolesti,
- užívání méně léků proti bolesti,
- méně nákladů a námahy při výměně obvazů,
- zkrácení doby hospitalizace,
- rychlý nebo rychlejší proces hojení,
- lepší epitelizace (histologický výzkum),
- dobré hodnocení jizvy (výsledky podle VSS/POSAS),
- méně oxidačního stresu,
- snížení prozánětlivých cytokinů
- zvýšená exprese telomerázy
- nižší míra opakovaných lékařských zákroků, například uvolnění kontraktur v oblasti jizvy
- Snížená potřeba pooperačních převazů pod sedativy

5.4. Celkové shrnutí klinického výkonu a bezpečnosti

Klinický výkon

Hlavní klinické přínosy použití zdravotnického prostředku Suprathel® na základě současných vědeckých poznatků shrnuje následující tabulka:

Tvrzení o produktu ze strany společnosti PMI	Závěry studie* týkající se výkonu zdravotnického prostředku
Snadná jednorázová aplikace i posouzení	Snadná aplikace zdravotnického prostředku
Výrazná úleva od bolesti	Výrazná úleva od bolesti Nutnost užívání méně léků proti bolesti
Nižší náklady na léčbu	Méně nákladů a námahy při výměně obvazů Nižší náklady díky menšímu množství potřebných léků proti bolesti Zkrácení délky hospitalizace pacientů
Rychlý proces hojení	Rychlý nebo rychlejší proces hojení Vylepšená epitelizace
Vynikající kosmetické výsledky	Vylepšená epitelizace Dobré hodnocení jizvy
Snížená zánětlivá reakce	Méně oxidačního stresu Snížení prozánětlivých cytokinů Zvýšená exprese telomerázy
Snížená míra transplantací	Snížená potřeba štěpů

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

Snížená potřeba rekonstrukční chirurgie	nižší míra opakovaných lékařských zákroků, například uvolnění kontraktur v oblasti jizvy
Zkrácení délky hospitalizace	Zkrácení délky hospitalizace
Snížená potřeba pooperačních převazů pod sedativy	Méně pooperačních převazů pod sedativy

* literatura/odkazy jsou uvedeny na konci SSCP a jsou k dispozici na vyžádání

Klinická bezpečnost

Pokud jde o bezpečnost tohoto prostředku, žádná z publikovaných studií nezaznamenala žádná další rizika, například v důsledku zvýšené míry infekce nebo alergických reakcí.

Nikdy nebyly hlášeny žádné nežádoucí události nebo nežádoucí účinky. Kromě toho se nikdy nevyskytly žádné stížnosti zákazníků týkající se klinické bezpečnosti pacientů nebo případů, kdy by byly ovlivněny definované specifikace a kvalita výrobku.

5.5. Probíhající nebo plánované klinické sledování po uvedení na trh

Za účelem průběžného sledování bezpečnosti a výkonnosti výrobku je klinické hodnocení zdravotnického prostředku Suprathel® pravidelně aktualizováno o nově získaná klinická data v průběhu celého životního cyklu prostředku. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s výrobkem nejsou studie PMCF nutné k získání dalších důkazů o bezpečnosti a účinnosti tohoto prostředku.

6. Možné diagnostické nebo terapeutické alternativy

Možné alternativní možnosti léčby pro výše uvedené indikace:

- sulfadiazinové krémy se stříbrem
- tradiční obvazy na rány (např. gázové obvazy)
- hydrokoloidní, alginátové, hydrogelové, polyuretanové a pěnové obvazy,
- nylonové obvazy se silikonovým povlakem,
- obvazy na rány s antimikrobiálními vlastnostmi

7. Navrhovaný profil a školení uživatelů

Použití tohoto zdravotnického prostředku je vyhrazeno pouze zdravotnickým pracovníkům. Postupy aplikace a následné péče jsou popsány v návodu k použití přiloženém ke zdravotnickému prostředku a pro správnou aplikaci prostředku Suprathel® není nutné žádné další školení uživatelů.

Navrhovaný profil pacientů zahrnuje pacienty s výše uvedenými indikacemi. Kromě pacientů s příznaky uvedenými v kontraindikacích nebo známých alergií na součásti prostředku neexistují žádná omezení pro použití prostředku Suprathel® ani žádná jiná kritéria pro výběr pacientů.

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

8. Odkaz na všechny použité (harmonizované) normy a CS

Harmonizované normy	Stručný popis
DIN EN ISO 13485:2021	Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes
DIN EN ISO 11737-1:2021	Sterilization of medical devices – Requirements for the estimation of population of microorganisms on a product
DIN EN ISO 11737-2:2020	Sterilization of medical devices – Microbiological methods – Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process
DIN EN ISO 11137-1:2020	Sterilization of health care products – Radiation – Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
EN ISO 15223-1:2021	Medical Devices - Symbols To Be Used With Medical Device Labels, Labelling And Information To Be Supplied - Part 1: General Requirements
Common specifications	Non available for the product
DIN EN ISO 13485	Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
DIN EN 62366-1	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
DIN EN ISO 14971	Medical devices – Application of risk management to medical devices
DIN EN ISO 14155	Clinical Investigation of Medical Devices for Human Subjects - Good Clinical Practice
DIN EN ISO 10993-1	Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management system
DIN EN ISO 10993-3	Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity
DIN EN ISO 10993-5	Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
DIN EN ISO 10993-6	Biological evaluation of medical devices – Part 6: Tests for local effects after implantation
DIN EN ISO 10993-10	Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization
DIN EN ISO 10993-11	Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity
DIN EN ISO 10993-12	Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials
DIN EN ISO 11737-1	Sterilization of medical devices - Requirements for the estimation of population of microorganisms on a product
DIN EN ISO 11737-2	Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process
DIN EN ISO 11137-1	Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
DIN EN ISO 11137-2	Sterilization of Health Care Products - Radiation - Part 2: Establishing The Sterilization Dose
DIN EN 556-1	Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
DIN EN ISO 11607-1	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems
DIN EN ISO 11607-2	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

DIN EN ISO 20417	Medical devices – Information to be supplied by the manufacturer
DIN EN ISO 15223-1	Medical Devices - Symbols To Be Used With Medical Device Labels, Labelling And Information To Be Supplied - Part 1: General Requirements
DIN EN 868-2	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods
DIN EN 868-5	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods
DIN EN ISO 14698-1	Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control - Part 1: General principles and methods
DIN EN ISO 14698-2	Cleanrooms and associated controlled environments -- Biocontamination control - Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data
ISTA 2a	Partial Simulation Performance Tests - Packaged Products 150 lb (68 kg) or Less
USP <151>	Pyrogen Study
ASTM F1886/F1886M	Standard Test Method for Determining Integrity of Seals for Flexible Packaging by Visual Inspection
ASTM F88/F88M	Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials
ASTM F3039	Standard Test Method for Detecting Leaks in Nonporous Packaging or Flexible Barrier Materials by Dye Penetration

9. Odkazy na literaturu

Abbott, C. A., Carrington, A. L., Ashe, H., Bath, S., Every, L. C., Griffiths, J., Hann, A. W., Hussein, A., Jackson, N., Johnson, K. E., Ryder, C. H., Torkington, R., Van Ross, E. R., Whalley, A. M., Widdows, P., Williamson, S., Boulton, A. J. & North-West Diabetes Foot Care, S. (2002). The North-West Diabetes Foot Care Study: incidence of, and risk factors for, new diabetic foot ulceration in a community-based patient cohort. *Diabet Med*, 19, 377-84.

Albertsson, A., Eklund, M. (1995). Influence of Molecular Structure on the degradation mechanism of Degradable Polymers: In Vitro Degradation of Poly(Trimethylene Carbonate), Poly(Trimethylene Carbonate-co-Caprolactone), and Poly(Adipic Anhydride). *J Applied Polymer Sci* 57, 87-103.

Ali, S. A., Zhong, S. P., Doherty, P. J. & Williams, D. F. (1993). Mechanisms of polymer degradation in implantable devices. I. Poly(caprolactone). *Biomaterials*, 14, 648-56.

Apelqvist, J., Bakker, K., Van Houtum, W. H., Nabuurs-Franssen, M. H. & Schaper, N. C. (2000). International consensus and practical guidelines on the management and the prevention of the diabetic foot. International Working Group on the Diabetic Foot. *Diabetes Metab Res Rev*, 16 Suppl 1, S84-92.

Baartmans, M. G., Dokter, J., Den Hollander, J. C., Kroon, A. A. & Oranje, A. P. (2011). Use of skin substitute dressings in the treatment of staphylococcal scalded skin syndrome in neonates and young infants. *Neonatology*, 100, 9-13.

Barbachowska A, Korzeniowski T, Surowiecka A, Tomaka P, Bugaj-Tobiasz M, łączyk M, Górecka Z, Chrapusta A, Strużyna J. The Effectiveness of an Alloplastic Epidermal Substitute in the Treatment of Burn Wounds in Children: A Comparative Clinical Study of Skin Substitutes and Silver and Paraffin Gauze Dressings. *J Clin Med*. 2024 Nov 28;13(23):7238.



Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

Barbachowska A, Tomaka P, Surowiecka A, Łączyk M, Górecka Z, Stepniewski A, Chrapusta A, Sadowy R, Strużyna J, Korzeniowski T (2025). The Influence of Blood Parameters on the Adhesion of an Epidermal Substitute in the Treatment of Burn Wounds in Children. *J Clin Med*. 2025 Jun 29;14(13):4614.

Blome-Eberwein, S.A., Amani, H., Lozano, D.D., Gogal, C., Boorse, D., Pagella, P. Burns. A bio-degradable synthetic membrane to treat superficial and deep second degree burn wounds in adults and children – 4 year experience. 2020 Aug 29;S0305-4179(20)30507-6

Bostman, O. M. (1991). Absorbable implants for the fixation of fractures. *J Bone Joint Surg Am*, 73, 148-53.

Brady, J. M., Cutright, D. E., Miller, R. A. & Barristone, G. C. (1973). Resorption rate, route, route of elimination, and ultrastructure of the implant site of polylactic acid in the abdominal wall of the rat. *J Biomed Mater Res*, 7, 155-66.

Burd, A. & Yuen, C. (2005). A global study of hospitalized paediatric burn patients. *Burns*, 31, 432-8.

Bryant, R., Nix, D. (2006). *Acute and Chronic Wounds 3rd Edition*.

Cha, Y. & Pitt, C. G. (1990). The biodegradability of polyester blends. *Biomaterials*, 11, 108-12.

Cheema L, Manzoor S, Khalid U, Shamim R, Hashaam, Tayyab Z, Bashir M. Suprathel Dressing at Split Thickness Skin Graft Donor Site for Pain Control and Wound Healing. *Pakistan journal of medical and health sciences*, 2022, 16(10), 116-118

Dadras M, Wagner JM, Wallner C, Sogorski A, Sacher M, Harati K, Lehnhardt M, Behr B. Enzymatic debridement of hands with deep burns: a single center experience in the treatment of 52 hands. *J Plast Surg Hand Surg*. 2020 Aug;54(4):220-224. doi: 10.1080/2000656X.2020.1755298. Epub 2020 Apr 21. PMID: 32315252.

Dastagir N, Kijas D, Obed D, Tamulevicius M, Vogt PM, Dastagir K. Suprathel® and water-filtered infrared-A radiation (wIRA) as a new treatment strategy for toxic epidermal necrolysis (TEN): A prospective study. *Burns*. 2024 Dec;50(9):107283

Delgado-Miguel C, García Morán A, Fuentes Gómez L, Díaz M, Miguel-Ferrero M, López-Gutiérrez JC. Comparison of the effectiveness of three different skin substitutes for the treatment of pediatric burns. *Eur J Pediatr*. 2024 Dec 13;184(1):80.

Demircan, M., Gürünlüoğlu, K., Gözükar, Bag, H.G., Koçbıyık, A., Gül, M., Üremiş, N., Gül, S., Gürünlüoğlu, S., Türköz, Y., Taşçı, A. Impaction of the polylactic membrane or hydrofiber with silver dressings on the interleukin-6, tumor necrosis factor- α , transforming growth factor-b3 levels in the blood and tissues of pediatric patients with burns. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg*. 2021 Jan;27(1):122-131

Dhivya, S., Padma, V. V. & Santhini, E. (2015). Wound dressings - a review. *Biomedicine (Taipei)*, 5, 22.

Everett, M., Massand, S., Davis, W., Burkey, B. & Glat, P. M. (2015). Use of a copolymer dressing on superficial and partial-thickness burns in a paediatric population. *J Wound Care*, 24, S4-8.

Fernandes S, Teixeira I, Carmo L, Campos M, Garcia M. The Use of a Polylactic Membrane in Pediatric Burns Proves to be Successful Even After Late Application. *J Burn Care Res*. . 2023 Sep 7;44(5):1176-1181

Fischer, S., Kremer, T., Horter, J., Schaefer, A., Ziegler, B., Kneser, U., Hirche, C. Suprathel® for severe burns in the elderly: Case report and review of the literature. *Burns*. 2016 Aug;42(5):e86-92

**Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)**

Galati V, Vonthein R, Stang F, Mailaender P, Kisch T. Split thickness skin graft versus application of the temporary skin substitute suprathel in the treatment of deep dermal hand burns: a retrospective cohort study of scar elasticity and perfusion. *Int J Burns Trauma*. 2021 Aug 15;11(4):312-320

Gürünlüoğlu, K., Demircan, M., Tasci, A., Uremis, M. M., Turkoz, Y., Bag, H. G., Akinci, A. & Bayrakci, E.. The Effects of Two Different Burn Dressings on Serum Oxidative Stress Indicators in Children with Partial Burn. *J Burn Care Res*, 40, 444-450 (2019a).

Gürünlüoğlu, K., Demircan, M., Koç, A., Koçbıyık, A., Taşçı, A., Durmuş, K., Gürünlüoğlu, S., Gözükara Bağ, H. The Effects of Different Burn Dressings on Length of Telomere and Expression of Telomerase in Children With Thermal Burns. *J Burn Care Res*. 2019 Apr 26;40(3):302-311 (2019b).

Hakkarainen, T., Koivuniemi, R., Kosonen, M., Escobedo-Lucea, C., Sanz-Garcia, A., Vuola, J., Valtonen, J., Tammela, P., Mäkitie, A., Luukko, K., Yliperttula, M., Kavola, H. J Control Release. Nanofibrillar cellulose wound dressing in skin graft donor site treatment. 2016 Dec 28;244(Pt B):292-301.

Harenberg, P. S., Hrabowski, M., Rysse, H., Gazyakan, E., Germann, G., Engel, H. & Reichenberger, M. A. (2010). CASE REPORT Febrile Ulceronecrotic Mucha-Habermann Disease. *Eplasty*, 10.

Heitzmann W, Enzmann J, von Kohout M, Mattern MM, Akkan J, Fuchs PC, Schiefer JL. Accelerated wound healing of enzymatically debrided deep dermal burn wounds after the use of fish skin (Kerecis Omega3 Wound®) in comparison to Suprathel®. *Burns*. 2025 Jun;51(5):107471. (2025a)

Heitzmann W, Mossing M, Fuchs PC, Akkan J, Seyhan H, Grieb G, Opländer C, Schiefer JL. Comparative Clinical Study of Suprathel® and Jelonet® Wound Dressings in Burn Wound Healing after Enzymatic Debridement.

Heitzmann W, Mossing M, von Kohout M, Alhujaili Y, Akkan J, Fuchs PC, Lefering R, Schiefer JL. Long-term skin quality and scar formation after enzymatic debridement of deep-dermal burn wounds: A follow-up comparative study of Suprathel® and Jelonet®. *Burns*. 2025 Nov 20;52(1):107803. (2025b)

Hettiaratchy, S. & Papini, R. (2004). Initial management of a major burn: II--assessment and resuscitation. *BMJ*, 329, 101-3.

Highton, L., Wallace, C., Shah, M. Use of Suprathel® for partial thickness burns in children. *Burns*. 2013 Feb;39(1):136-41

Hollinger, J. O. & Battistone, G. C. (1986). Biodegradable bone repair materials. Synthetic polymers and ceramics. *Clin Orthop Relat Res*, 290-305.

Hundeshagen, G., Collins, V. N., Wurzer, P., Sherman, W., Voigt, C. D., Cambiaso-Daniel, J., Nunez Lopez, O., Sheaffer, J., Herndon, D. N., Finnerty, C. C. & Branski, L. K. (2018). A Prospective, Randomized, Controlled Trial Comparing the Outpatient Treatment of Pediatric and Adult Partial-Thickness Burns with Suprathel or Mepilex Ag. *J Burn Care Res*, 39, 261-267.

Hunt, T., Aslam, R., Beckert, S., Wagner, S., Ghani, R., Hussain, M., Roy, S., And Sen, C. (2007). Aerobically Derived Lactate Stimulates Revascularization And Tissue Repair Via Redox Mechanisms. *Antioxidants & Redox Signaling* Volume 9, Number 8.

Kaartinen, I. S. & Kuokkanen, H. O. (2011). Suprathel® causes less bleeding and scarring than Mepilex® Transfer in the treatment of donor sites of split-thickness skin grafts. *J Plast Surg Hand Surg*, 45, 200-3.

Karlsson M, Steinvall I, Elmasry M. Suprathel® or Mepilex® Ag for treatment of partial thickness burns in children: A case control study. *Burns*. 2023 Mar 11;S0305-4179(23)00043-8.

**Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)**

- Kamolz, L.-P., Herndon, D. N., Jeschke, M. G. (2009). *Verbrennungen – Diagnose, Therapie und Rehabilitation des thermischen Traumas*. Wien Springer-Verlage.
- Kamolz, L., Lumenta, D., Kitzinger, H., Frey, M. (2008). Tissue engineering for cutaneous wounds: an overview of current standards and possibilities. *Eur Surg* 40, 19-26.
- Katz, A. R., Mukherjee, D. P., Kaganov, A. L. & Gordon, S. (1985). A new synthetic monofilament absorbable suture made from polytrimethylene carbonate. *Surg Gynecol Obstet*, 161, 213-22.
- Keck, M., Selig, H. F., Lumenta, D. B., Kamolz, L. P., Mittlbock, M. & Frey, M. (2012). The use of Suprathel® in deep dermal burns: first results of a prospective study. *Burns*, 38, 388-95.
- Königs I (2025) AWMF S2k guideline „Versorgung thermisch verletzter Kinder“, *Monatsschrift Kinderheilkunde*, May 2025
- Kumar, S., Ashe, H. A., Parnell, L. N., Fernando, D. J., Tsigos, C., Young, R. J., Ward, J. D. & Boulton, A. J. (1994). The prevalence of foot ulceration and its correlates in type 2 diabetic patients: a population-based study. *Diabet Med*, 11, 480-4.
- Larson, M.L., Elkady, D., Sharma, S., Beaucock, B., Lou, R.B., Khandelwal, A. (2024). *Burns*. 2024 Sep;50(7):1832-1839
- Lindford, A. J., Kaartinen, I. S., Virolainen, S. & Vuola, J. (2011). Comparison of Suprathel® and allograft skin in the treatment of a severe case of toxic epidermal necrolysis. *Burns*, 37, e67-72.
- Lee A, McKean AR, Wormald JCR, King ICC, Collins DP, Dheansa B; CASSIUS Collaborative (2025). A clinician survey of skin substitute use in burns care in the UK and Ireland: The CASSIUS study. *J Plast Reconstr Aesthet Surg*. 2025 Mar;102:238-246. doi: 10.1016/j.bjps.2025.01.064.
- Liodaki, E., Schopp, B.E., Lindert, J., Krämer, R., Kisch, T., Mailänder, P., Stang, F. Kombination von universellem Antidot und temporärem Hautersatz bei Verätzungen [Combination of a universal antidote and temporary skin substitute for chemical burns: Extended case report]. *Unfallchirurg*. 2015 Sep;118(9):804-7.
- Lipkin I, Hughes M, Hughes WB (2025) Utilization of Suprathel® in delayed surgical management of toxic epidermal necrolysis (TEN): A case report, *Burns Open* 2025
- Madry, R., Struzyna, J., Stachura-Kulach, A., Drozd, L. & Bugaj, M. (2011). Effectiveness of Suprathel® application in partial thickness burns, frostbites and Lyell syndrome treatment. *Pol Przegl Chir*, 83, 541-8.
- Margolis, D. J., Allen-Taylor, L., Hoffstad, O. & Berlin, J. A. (2004). The accuracy of venous leg ulcer prognostic models in a wound care system. *Wound Repair Regen*, 12, 163-8.
- Margolis, D. J., Allen-Taylor, L., Hoffstad, O. & Berlin, J. A. (2004). The accuracy of venous leg ulcer prognostic models in a wound care system. *Wound Repair Regen*, 12, 163-8.
- Margolis, D. J., Malay, D. S., Hoffstad, O. J., Leonard, C. E., Macurdy, T., Lopez De Nava, K., Tan, Y., Molina, T. & Siegel, K. L. 2011. Prevalence of diabetes, diabetic foot ulcer, and lower extremity amputation among Medicare beneficiaries, 2006 to 2008: Data Points #1. *Data Points Publication Series*. Rockville (MD).
- Markl, P., Prantl, L., Schreml, S., Babilas, P., Landthaler, M. & Schwarze, H. (2010). Management of split-thickness donor sites with synthetic wound dressings: results of a comparative clinical study. *Ann Plast Surg*, 65, 490-6.



Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

Maxey J, Wampler M, Elkady D, DeVault A, Williamson K, Borrelli M, Lou R, Khandelwal A. Minimally invasive excision combined with epidermal autografting and poly-lactic acid skin substitute improves outcomes in pediatric partial thickness burns, *Journal of Pediatric Surgery Open*, Volume 11 (2025)

März V, Vogt M. Skin Healing of Deep Second Degree Burn Injuries in Four Individuals Sustained in a Boat Explosion Results after Different Approaches. *Eur. Burn J.* 2020, 1, 191–195

Merz, K. M., Sievers, R., Reichert, B. (2011). Suprathel® for coverage of superficial dermal burns of the face. *GMS Verbrennungsmedizin*, 4.

Miguel-Ferrero M, Delgado-Miguel C, Díaz M, Carlos López-Gutiérrez J. Toxic epidermal necrolysis management with suprathel™. Tratamiento de la necrólisis epidérmica tóxica con suprathel®. *An Pediatr (Engl Ed)*. 2023 Aug 17:S2341-2879(23)00185-0

Moellhoff N, Lettner M, Frank K, Giunta RE, Ehrl D. Polylactic Acid Membrane Improves Outcome of Split-Thickness Skin Graft Donor Sites: A Prospective, Comparative, Randomized Study. *Plast Reconstr Surg*. 2022 Nov 1;150(5):1104-1113

Moffatt, C. J. & Dorman, M. C. (1995). Recurrence of leg ulcers within a community ulcer service. *J Wound Care*, 4, 57-61.

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. *PLoS Med*. 2009;6:e1000097. DOI:10.1371/journal.pmed1000097

Mueller, E., Haim, M., Petnehazy, T., Acham-Roschitz, B. & Trop, M. (2010). An innovative local treatment for staphylococcal scalded skin syndrome. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*, 29, 893-7.

Novoa-Moreno AL, Martinez-Jimenez MA, Ortiz-Alvarez A, Sanchez-Olivo N, Loza-Gonzalez VM, Ramirez-GarciaLuna JL (2025). Polylactic Acid Membranes, a Novel Adjunct Treatment for Bullous Impetigo. *Infect Dis Rep*. 2025 Jun 19;17(3):72.

Nischwitz SP, Popp D, Shubitidze D, Luze H, Zrim R, Klemm K, Rapp M, Haller HL, Feisst M, Kamolz LP. The successful use of polylactide wound dressings for chronic lower leg wounds: A retrospective analysis. *Int Wound J*. 2021 Nov 8.

O'meara, S. & Martyn-St James, M. (2013). Foam dressings for venous leg ulcers. *Cochrane Database Syst Rev*, CD009907

Pego, A. P., Van Luyn, M. J., Brouwer, L. A., Van Wachem, P. B., Poot, A. A., Grijpma, D. W. & Feijen, J. (2003). In vivo behavior of poly(1,3-trimethylene carbonate) and copolymers of 1,3-trimethylene carbonate with D,L-lactide or epsilon-caprolactone: Degradation and tissue response. *J Biomed Mater Res A*, 67, 1044-54.

Pfurtscheller, K. & Trop, M. (2014). Phototoxic plant burns: report of a case and review of topical wound treatment in children. *Pediatr Dermatol*, 31, e156-9.

Pfurtscheller, K., Zobel, G., Roedl, S. & Trop, M. (2008). Use of Suprathel dressing in a young infant with TEN. *Pediatr Dermatol*, 25, 541-3.

Pitt, C. G., Gratzl, M. M., Kimmel, G. L., Surles, J. & Schindler, A. (1981). Aliphatic polyesters II. The degradation of poly (DL-lactide), poly (epsilon-caprolactone), and their copolymers in vivo. *Biomaterials*, 2, 215-20.

**Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)**

Quinn, K. J., Courtney, J. M., Evans, J. H., Gaylor, J. D. & Reid, W. H. (1985). Principles of burn dressings. *Biomaterials*, 6, 369-77.

Rahmanian-Schwarz, A., Beiderwieden, A., Willkomm, L.M., Amr, A., Schaller, H.E., Lotter, O. A clinical evaluation of Biobrane® and Suprathel® in acute burns and reconstructive surgery. *Burns*. 2011 Dec;37(8):1343-8

Rajendran, S., Anand, S.C. (2011). Hi-tech textiles for interactive wound therapies: Handbook of Medical Textiles.

Rashaan, Z. M., Krijnen, P., Allema, J. H., Vloemans, A. F., Schipper, I. B. & Breederveld, R. S. (2017). Usability and effectiveness of Suprathel® in partial thickness burns in children. *Eur J Trauma Emerg Surg*, 43, 549-556.

Raine BE, Fowler CC, Nguyen A, Schneider P, Gunn KJ, Chikoti R, Bell DE (2025). Polylactic Acid Membrane for the Treatment of Pediatric Burn Injuries: An Adoptable Practice to Improve Burn Management. *Ann Plast Surg*. 2025 Apr 1;94(4S Suppl 2)

Robson, M. C., Steed, D. L. & Franz, M. G. (2001). Wound healing: biologic features and approaches to maximize healing trajectories. *Curr Probl Surg*, 38, 72-140.

Rothenberger, J., Constantinescu, M. A., Held, M., Aebersold, D. M., Stolz, A., Tschumi, C. & Olariu, R. (2016). Use of a Polylactide-based Copolymer as a Temporary Skin Substitute for a Patient With Moist Desquamation Due to Radiation. *Wounds*, 28, E26-30.

Ruckley, C. V. (1998). Caring for patients with chronic leg ulcer. *BMJ*, 316, 407-8.

Sari, E., Eryilmaz, T., Tetik, G., Ozakpinar, H. R. & Eker, E. (2014). Suprathel® -assisted surgical treatment of the hand in a dystrophic epidermolysis bullosa patient. *Int Wound J*, 11, 472-5.

Schiefer, J.L., Rahmanian-Schwarz, A., Schaller, H.E., Manoli, T. A Novel Hand-shaped Suprathel simplifies the Treatment of Partial-Thickness Burns. *Adv Skin Wound Care*. 2014 Nov;27(11):513-6

Schiefer JL, Andreae J, Bagheri M, Fuchs PC, Lefering R, Heitzmann W, Schulz A (2022a). A clinical comparison of pure knitted silk and a complex synthetic skin substitute for the treatment of partial thickness burns. *Int Wound J*. 2022 Jan;19(1):178-187.

Schiefer JL, Aretz GF, Fuchs PC, Bagheri M, Funk M, Schulz A, Daniels M (2022b). Comparison of wound healing and patient comfort in partial-thickness burn wounds treated with SUPRATHEL and epicte hydro wound dressings. *Int Wound J*. 2022 May;19(4):782-790.

Schiefer JL, Aretz FG, Fuchs PC, Lefering R, Yary P, Opländer C, Schulz A, Daniels M (2022c). Comparison of Long-Term Skin Quality and Scar Formation in Partial-Thickness Burn Wounds Treated with Suprathel® and epicitehydro® Wound Dressings. *Medicina (Kaunas)*. 2022 Oct 28;58(11):1550.

Schiefer JL, Andreae J, Fuchs PC, Lefering R, Heidekrueger PI, Schulz A, Bagheri M (2022d). Evaluation of Scar Quality after Treatment of Superficial Burns with Dressilk® and Suprathel®-In an Intraindividual Clinical Setting. *J Clin Med*. 2022 May 18;11(10):2857

Schreml, S., Szeimies, R. M., Prantl, L., Karrer, S., Landthaler, M. & Babilas, P. (2010). Oxygen in acute and chronic wound healing. *Br J Dermatol*, 163, 257-68.

Schriek K, Ott H, Sinnig M. Paradigm Shift in Treatment Strategies for Second-Degree. *Eur. Burn J*. 2022, 3, 1-9



Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

Schulz A, Perbix W, Shoham Y, Daali S, Charalampaki C, Fuchs PC, Schiefer J. Our initial learning curve in the enzymatic debridement of severely burned hands-Management and pit falls of initial treatments and our development of a post debridement wound treatment algorithm. *Burns*. 2017 Mar;43(2):326-336. doi: 10.1016/j.burns.2016.08.009. Epub 2016 Oct 27. PMID: 28341257.

Schwarze, H., Kuntscher, M., Uhlig, C., Hierlemann, H., Prantl, L., Noack, N. & Hartmann, B. (2007). Suprathel, a new skin substitute, in the management of donor sites of split-thickness skin grafts: results of a clinical study. *Burns*, 33, 850-4.

Schwarze, H., Kuntscher, M., Uhlig, C., Hierlemann, H., Prantl, L., Ottomann, C. & Hartmann, B. (2008). Suprathel, a new skin substitute, in the management of partial-thickness burn wounds: results of a clinical study. *Ann Plast Surg*, 60, 181-5.

Selig, H. F., Keck, M., Lumenta, D. B., Mittlbock, M. & Kamolz, L. P. (2013). The use of a polylactide-based copolymer as a temporary skin substitute in deep dermal burns: 1-year follow-up results of a prospective clinical noninferiority trial. *Wound Repair Regen*, 21, 402-9.

Sun, H., Mei, L., Song, C., Cui, X. & Wang, P. (2006). The in vivo degradation, absorption and excretion of PCL-based implant. *Biomaterials*, 27, 1735-40.

Szycher, M. & Lee, S. J. (1992). Modern wound dressings: a systematic approach to wound healing. *J Biomater Appl*, 7, 142-213.

Tams, J., Joziassse, C. A., Bos, R. R., Rozema, F. R., Grijpma, D. W. & Pennings, A. J. (1995). High-impact poly(L/D-lactide) for fracture fixation: in vitro degradation and animal pilot study. *Biomaterials*, 16, 1409-15.

Thomas, S. S., Lawrence, J. C. & Thomas, A. (1995). Evaluation of hydrocolloids and topical Medication In Minor Burns. *J Wound Care*, 4, 218-20.

Trabold, O., Wagner, S., Wicke, C., Scheuenstuhl, H., Hussain, Z., Rosen, N., Seremetiev, A., Becker, H., Hunt, T (2003). Lactate and oxygen constitute a fundamental regulatory mechanism in wound healing. *Wound Rep Reg* 11:504-509.

Uhlig, C., Hierlemann, H., Dittel, K.-K. (2007). Actual Strategies in the Treatment of Severe Burns - Considering Modern Skin Substitutes. *Osteo trauma care* 15, 2-7.

Uhlig, C., Rapp, M. & Dittel, K. K. (2007a). [New strategies for the treatment of thermally injured hands with regard to the epithelial substitute Suprathel]. *Handchir Mikrochir Plast Chir*, 39, 314-9.

Uhlig, C., Rapp, M., Hartmann, B., Hierlemann, H., Planck, H. & Dittel, K. K. (2007b). Suprathel-an innovative, resorbable skin substitute for the treatment of burn victims. *Burns*, 33, 221-9.

van de Warenburg MS, El Yadari S, Hummelink S, Ulrich DJ, Vehmeijer-Heeman M (2025b). Suprathel's usability and effectiveness for the treatment of paediatric partial thickness burns: a 10-year retrospective cohort study. *Burns*. 2025 May;51(4):107451.

van de Warenburg MS, Teeuwen B, Hummelink S, Ulrich DJ, Vehmeijer-Heeman ML (2025a). Does the dressing matter in pediatric partial-thickness burns: a systematic review and meta-analysis. *Burns*. 2025 May;51(4):107428.

Vasel-Biergans, A., Probst, W. (2010). *Wundauflagen*. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart.

**Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)**

Vowden, K. R. & Vowden, P. (2009). The prevalence, management, equipment provision and outcome for patients with pressure ulceration identified in a wound care survey within one English health care district. *J Tissue Viability*, 18, 20-6.

Wallner C, Holtermann J, Drysch M, Schmidt S, Reinkemeier F, Wagner JM, Dadras M, Sogorski A, Houschyar KS, Becerikli M, Lehnhardt M, Behr B. The Use of Intact Fish Skin as a Novel Treatment Method for Deep Dermal Burns Following Enzymatic Debridement: A Retrospective Case-Control Study. *Eur Burn J*. 2022 Jan 27;3(1):43-55. doi: 10.3390/ebj3010006. PMID: 39604176; PMCID: PMC11575382.

Wasiak, J., Cleland, H., Campbell, F. & Spinks, A. (2013). Dressings for superficial and partial thickness burns. *Cochrane Database Syst Rev*, CD002106.

Wasiak, J., Cleland, H. (2005). Minor thermal burns. *Clinical Evidence*, 2754-2763.

Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R. & King, H. (2004). Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. *Diabetes Care*, 27, 1047-53.

Woodward, S. C., Brewer, P. S., Moatamed, F., Schindler, A. & Pitt, C. G. (1985). The intracellular degradation of poly(epsilon-caprolactone). *J Biomed Mater Res*, 19, 437-44.

Wu, L., Norman, G., Dumville, J. C., O'meara, S. & Bell-Syer, S. E. (2015). Dressings for treating foot ulcers in people with diabetes: an overview of systematic reviews. *Cochrane Database Syst Rev*, CD010471.

Yilmaz E, Simsek E, Ertenlice A, Akgun AE, Akin M (2025). Use of Suprathel for Deep Dermal Burns: Our Clinical Experience. *ACH Med J* (2025) 3: 089-092

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

10. Historie revizí

Číslo verze SSCP	Datum vydání	Popis změny	Revize potvrzená oznámeným subjektem
1	2021.05.26	Dokument SSCP byl poprvé iniciován a sepsán na základě nových požadavků nařízení Evropské unie o zdravotnických prostředcích MDR (EU) 2017/745.	<input type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne
2	2022.03.17	SSCP byl aktualizován o indikaci chronických ran.	<input type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne
3	2022.05.30	SSCP dosud postrádal úplný seznam harmonizovaných norem. Tento seznam byl nyní doplněn (v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích, protože dosud nebyla získána certifikace podle nařízení o zdravotnických prostředcích).	<input type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne
4	2022.06.30	Oprava formátovacích chyb v kapitole č. 1 – řádky tabulky se posunuly (body 1.1 – 1.9 na straně 1) a proto neodpovídaly obsahu v sousedním sloupci.	<input type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne
5	2022.11.28	Do záhlaví zprávy byla doplněna reference na nově aktualizovanou zprávu o klinickém hodnocení.	<input type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne
6	2023.02.14	(Pouze) redakční změna: Z důvodu extrémně vysokých nákladů na překlad do 24 národních jazyků EU byl souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkční způsobilosti formulován stručněji. Například rozsáhlé textové pasáže byly převedeny do odrážek atd.	<input checked="" type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne
7	2024.04.01	Podstatná změna: Vzhledem k oficiální změně adresy výrobce (přemístění sídla společnosti do německého města Kirchheim unter Teck) byla adresa výrobce aktualizována také v SSCP.	<input checked="" type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne
8	2024.07.22	Podstatná změna: V rámci každoročních aktualizací zprávy o následném klinickém sledování po uvedení na trh a zprávy o klinickém hodnocení byla odpovídajícím způsobem aktualizována také SSCP. Odkaz na zprávu o klinickém hodnocení (v záhlaví) byl aktualizován doplněním části II pro pacienty nebo laiky.	<input checked="" type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne
9	2025.02.28	Podstatná změna: aktualizace po roční činnosti následného klinického sledování po uvedení na trh: další tvrzení o produktu („Snížená potřeba rekonstrukční chirurgie“ a „Zkrácení délky stacionárních pobytů v nemocnicích“)	<input checked="" type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne



Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

10	2026.03.18	Podstatná změna: aktualizace po roční činnosti následného klinického sledování po uvedení na trh: další tvrzení o produktu „Snížená potřeba pooperačních převazů pod sedativy“	<input checked="" type="checkbox"/> Ano Validační jazyk: <input type="checkbox"/> Ne
----	------------	--	--



Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické výkonnosti (SSCP)

Část II: určeno pro pacienty nebo laické osoby

Tento Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické výkonnosti (neboli SSCP, z anglického originálu „Summary of Safety and Clinical Performance“) je určen k tomu, aby poskytl veřejnosti přístup k aktualizovanému souhrnu hlavních aspektů týkajících se bezpečnosti a klinické výkonnosti zdravotnického prostředku Suprathel®. Další informace jsou určeny pro pacienty nebo laické osoby.

Cílem souhrnu údajů o bezpečnosti a klinické funkci není poskytovat obecné rady, například ohledně léčby nebo zdravotního stavu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se svého zdravotního stavu nebo správného používání prostředku ve vaší situaci, obraťte se na svého odborného zdravotnického pracovníka. Tento souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci není určen k nahrazení implantátové karty nebo návodu k použití, které obsahují informace o bezpečném používání prostředku

1. Identifikace prostředku a obecné informace

1.1 Obchodní názvy zdravotnického prostředku	Suprathel®, Suprathel® 250
1.2 Název a adresa výrobce	PolyMedics Innovations GmbH (PMI) Am Hegelesberg 1 73230 Kirchheim unter Teck, Německo
1.3 Základní UDI	426018402AAA0000001PQ
1.4 Rok, kdy byl zdravotnickému prostředku vydán první certifikát (CE)	2004

2. Zamýšlené použití prostředku

2.1. Zamýšlený účel

- ❖ Suprathel® je vstřebatelná mikroporézní membrána a aloplastická kožní náhrada k léčbě epidermálních a dermálních ran.

2.2. Indikace

- ❖ Suprathel® se používá u pacientů s epidermálními a dermálními ranami, jako jsou odřeniny, rozštěpená dárčovská místa kožních štěpů, popáleniny 2. stupně a popáleniny 2. stupně smíšené s popáleninami 3. stupně.
- ❖ Přípravek Suprathel® se používá u pacientů s chronickými ranami, jako jsou žilní a tepenné vředy a diabetické rány.
- ❖ Kromě skupiny pacientů trpících alergií na složky prostředku neexistují žádná kritéria pro výběr pacientů, jako je věk nebo pohlaví.

2.3. Kontraindikace

- ❖ Suprathel® by neměl být používán na infikované nebo silně krvácející rány bez další hemostatické léčby.
- ❖ Suprathel® by neměl být aplikován na chronicky suché rány.

3. Popis prostředku

3.1. Popis prostředku

Charakteristika prostředku Suprathel®:

- kožní náhrada na jedno použití, s jednorázovou aplikací
- vysoce propustná pro kyslík a vodní páru
- skládá se ze tří syntetických a bioresorbovatelných složek: laktidu, trimethyl-karbonátu a kaprolaktonu
- neobsahuje žádné léčivé látky, tkáňové nebo krevní deriváty
- možnost aplikace na ránu z obou stran prostředku
- umožňuje vizuální hodnocení procesu hojení díky své průhlednosti, kterou získá po kontaktu s ránou

Velikosti a tvar prostředku Suprathel®:

- K dispozici ve dvou variantách s různou tloušťkou: 50 – 150 μm a 180 – 320 μm
- pevné obdélníkové listy ve velikostech: 5 x 5 cm, 9 x 10 cm, 18 x 10 cm až 18 x 23 cm, tvar ruky a maska na obličej
- Suprathel může být ze strany uživatele ručně upraven do jiných tvarů a velikostí podle potřeby pro optimální pokrytí postižených oblastí.

3.2. Popis způsobu, jakým prostředek dosahuje zamýšleného účinku

Suprathel® je syntetický krycí materiál určený k napodobení lidské kůže. Vyznačuje se pružností, propustností pro vodní páru a zároveň schopností blokovat bakterie. Jelikož se jedná o plně syntetický materiál, lze se vyhnout rizikům spojeným s produkty lidského nebo živočišného původu. Produkty rozkladu Suprathel® mohou usnadnit proces hojení tím, že podporují angiogenezi a následnou obnovu dermis.

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

Prostředek Suprathel® tvoří tenkou elastickou vrstvu, která se sama přilepí na ránu, obvykle bez nutnosti šití. V případě traumatických ran se aplikuje pouze jednou a zůstává na místě až do dokončení hojení. V případě chronických ran může být nutné jej pravidelně měnit. Membrána se stává průhlednou, což umožňuje neustálé sledování rány. Po zahojení kůže se Suprathel® snadno odstraní bez bolesti.

3.3. Popis veškerého příslušenství, které je určeno k použití v kombinaci se zdravotnickým prostředkem

Nevztahuje se

4. Rizika a varování

Pokud se domníváte, že se u vás vyskytují nežádoucí účinky související se zařízením nebo jeho používáním, nebo pokud máte obavy ohledně rizik, obraťte se na svého odborného pracovníka ve zdravotnictví. Účelem tohoto dokumentu není nahradit konzultaci s odborným pracovníkem ve zdravotnictví, je-li nutná.

4.1. Způsob řízení potenciálních rizik

V rámci analýzy rizik byla vyhodnocena a zmírněna všechna známá rizika. Všechny provedené analýzy rizik dospěly k závěru, že celkový poměr přínosů a rizik je přijatelný.

4.2. Zbytková rizika a nežádoucí účinky

Všechny provedené analýzy rizik dospěly k přijatelnému celkovému poměru přínosů a rizik.

Tři rizika uvedená v oblasti „nepřijatelné“ byla analyzována a akceptována, protože příslušné přínosy tato rizika značně převyšují. Všechny tři z nich jsou spojeny s potenciálně závažnými infekcemi, jak je uvedeno v tomto SSCP v části kontraindikace a upozornění a opatření. Pravděpodobnost výskytu je nicméně spojena buď s problémy se sterilitou, které se podle definice mohou s určitou pravděpodobností vyskytnout, nebo s rizikovou situací, která se v celé historii skupiny těchto výrobků trvajících více než 20 let nikdy nevyskytla.

Přijatelná zbytková rizika jsou uživatelům sdělena v návodu k použití. Níže jsou uvedena odpovídající varování a bezpečnostní opatření vyplývající z přijatých zbytkových rizik.

4.3. Upozornění a preventivní opatření

Nepoužívejte přípravek tam, kde není zaručena sterilita, protože to může vést k závažným infekcím. Obsah je sterilní, pokud není poškozen sterilní obal. V případě poškození obalu není zajištěna sterilita výrobku. Nespotřebovaný obsah otevřených nebo nepoškozených sterilních obalů je třeba zlikvidovat. Nepoužívejte výrobek opakovaně ani jej znovu nesterilizujte. Pokud je výrobek znovu použit, může to vést ke zhoršení jeho užitečných vlastností (snížení propustnosti, elasticity, schopnosti přilnutí i sterility). Takové změny vlastností materiálů mohou narušit léčbu, například být příčinou nedostatečného hojení rány nebo infekce. V případě známých alergií složky přípravku Suprathel® by se membrána neměla aplikovat. Při výskytu jakýchkoli příznaků alergických reakcí na materiál by měla být membrána Suprathel® okamžitě odstraněna. Membrána by měla být odstraněna také v případě silné bolesti nebo hromadění sekretu v ráně. Pokrytí neporušené kůže může vést k maceraci kůže a je třeba se mu vyhnout.

Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

4.4. Další relevantní aspekty týkající se bezpečnosti, včetně shrnutí případných nápravných opatření v oblasti bezpečnosti (FSCA včetně FSN)

Nevztahuje se

5. Souhrn klinického hodnocení a klinického sledování po uvedení na trh (PMCF)

5.1 Klinické informace o výrobku

Suprathel® byl navržen tak, aby napodoboval přirozenou lidskou kůži, poskytoval dodatečnou ochrannou bariéru a vytvářel optimální prostředí pro hojení. Měl by pomoci snížit vnímanou úroveň bolesti a riziko vzniku infekce.

Účinnost Suprathel® byla prokázána v různých studiích. Hlavní klinická studie u popálenin a míst odběru štěpů prokázala, že prostředek vytváří optimální prostředí pro hojení a významně snižuje bolest. a další dvě studie rozšířily indikace o chronické rány a malé oblasti třetího stupně, čímž potvrdily jeho přínos v těchto podmínkách. Od schválení bylo publikováno dalších 64 studií, které zdůrazňují následující výhody: snadná jednorázová aplikace a hodnocení, významná úleva od bolesti, nižší náklady na léčbu, rychlý proces hojení, vynikající kosmetické výsledky, snížená zánětlivá reakce, snížená míra transplantací, snížená potřeba rekonstrukční chirurgie, zkrácení délky hospitalizace a snížená potřeba pooperačních převazů pod sedativy.

5.2 Souhrn klinických údajů z provedených zkoušek prostředku před získáním označení CE

Popáleniny a donorová místa: Souhrn studie pro schválení

Do studie za účelem získání povolení k použití přípravku Suprathel® se zapojilo 46 pacientů ze dvou nemocnic v Německu. Všichni pacienti měli popáleniny druhého stupně a oblasti mateřské kůže připravené k použití metody dělení kožního substrátu. Cílem studie bylo porovnat úroveň bolesti při použití přípravku Suprathel® a tradičních obvazů. Výsledky ukázaly, že přípravek Suprathel® významně snížil bolest ve srovnání s parafinovou gázou a přípravkem Omiderm. Studie také sledovala dobu hojení ran a výskyt lokálních komplikací, jako jsou infekce a alergie, přičemž nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly. Studie navíc zdůraznila snadnou manipulaci s přípravkem Suprathel, díky čemuž je vhodnou volbou jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál.

Chronické rány

Nejstarší případové studie:

V roce 2008 Dr. Uhlig léčil osm pacientů s chronickými vředy pomocí prostředku Suprathel. Pacienti ve věku průměrně 76 let trpěli vředy přibližně 14 měsíců. Léčba trvala přibližně 222 dní a všechny vředy se zcela zahojily. Bylo zaznamenáno okamžité snížení bolesti.

Klinická studie:

V roce 2010 proběhla v šesti odděleních čtyř nemocnic klinická studie, která zahrnovala 22 pacientů trpících ulcus cruris, vředy na nohou. Cílem studie bylo změřit vliv přípravku Suprathel® na velikost rány, bolest, zánět a sekreci po dobu 24 týdnů. Většina pacientů, kteří byli ve středním věku 73 let a převážně žen, trpěla v době zahájení studie vředy přibližně 12 měsíců. Po skončení studie se 73 % všech vředů zcela zahojilo. Zároveň se výrazně zmenšila velikost ran, zmírnila bolest a zánět byl minimalizován. Test potvrdil účinnost Suprathel® při stimulaci hojení a zmírnění nepohodlí u pacientů s chronickými ranami.



Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)

Malé oblasti 3. Stupně

Schválení bylo založeno na šesti klinických studiích provedených v německé nemocnici Marienhospital (Stuttgart) doktorem Uhligem. Studie ukazují, že spontánní hojení je možné bez nutnosti transplantace. Dále bylo zjištěno, že pokud jsou opakované transplantace nutné, lze je provést přesněji s použitím menších kousků kůže. Tímto přístupem se také dosahuje lepších výsledků z estetického hlediska, protože se lze vyhnout nadměrnému přenosu kůže.

5.3 Klinická bezpečnost

Pokud jde o bezpečnost přístroje, žádné studie nezaznamenaly žádná další rizika, jako je zvýšený výskyt infekcí nebo alergických reakcí. Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí příhody ani nežádoucí účinky. Je důležité dodat, že nikdy nebyly zaznamenány žádné stížnosti zákazníků ohledně bezpečnosti pacientů nebo kvality produktu.

6. Možné diagnostické nebo terapeutické alternativy

Při zvažování alternativních způsobů léčby se doporučuje obrátit se na zdravotnického odborníka, který vezme v úvahu vaši individuální situaci.

Možné alternativní možnosti léčby pro výše uvedené indikace:

- sulfadiazinové krémy se stříbrem
- tradiční obvazy na rány (např. gázové obvazy)
- hydrokoloidní, alginátové, hydrogelové, polyuretanové a pěnové obvazy,
- nylonové obvazy se silikonovým povlakem,
- obvazy na rány s antimikrobiálními vlastnostmi

7. Doporučené školení pro uživatele

Použití tohoto zdravotnického prostředku je vyhrazeno pouze zdravotnickým pracovníkům. Postupy aplikace a následné péče jsou popsány v návodu k použití přiloženém ke zdravotnickému prostředku a pro správnou aplikaci prostředku Suprathel® není nutné žádné další školení uživatelů.

Navrhovaný profil pacientů zahrnuje pacienty s výše uvedenými indikacemi. Kromě pacientů s příznaky uvedenými v kontraindikacích nebo známých alergií na součásti prostředku neexistují žádná omezení pro použití prostředku Suprathel® ani žádná jiná kritéria pro výběr pacientů.